

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ В СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗАХ

(Кислородно-водородная горелка или лампа)^I

Этот стандарт издается под кодовым обозначением D 2784: ~~цифры~~ сразу же после кода указывают год первоначального утверждения или, в случае пересмотра, год пересмотра. Цифры в скобках означают год последнего переутверждения. Символ "эпсилон" (ε) указывает на наличие редакторской правки с момента последнего пересмотра или утверждения.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1. Этот метод испытания применяется для определения общей серы в сжиженных нефтяных газах, содержащих более 1 мкг/г. Образцы должны содержать не более 100 мкг/г галогенов.

1.2. Для получения количественных оценок, указанных в данном методе, необходимо применять точные методики и должны быть устранены все источники загрязнения серой.

В частности необходимо избегать контакта с моющими веществами, такими как общепринятые домашние стиральные порошки, которые содержат сульфаты.

1.3. Все величины, приведенные в соответствующих метрических единицах, приняты в качестве стандартных.

1.4. Данный стандарт не охватывает всех проблем техники безопасности, связанных с его применением, если таковые имеются. Потребитель должен под свою ответственность разработать соответствующие меры безопасности и определить применимость регулирующих ограничений перед использованием данного стандартного метода.

I/ Этот метод находится под юрисдикцией комитета D-2 ASTM по нефтепродуктам и смазочным материалам и входит в прямую обязанность Подкомитета D 02.08 по Элементарному анализу. Данное издание утверждено 15 марта 1992 г. Опубликовано в мае 1992 г. Первоначальная публикация под кодом D 2784-69T. Последнее предыдущее издание D 2784-89.